

RESULTADO

Participantes 12
classificados

Disputa pelo valor Unitário

Melhor proposta R\$ 1.420,00
classificada

Vencedor Fornecedor : **Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli**

CNPJ : **33.068.320/0001-32**

Valor unitário: **R\$ 850,00**

Valor total: **R\$ 2.550,00**

Aceite de valor: **24/07/2024 09:19**

Julgamento de proposta: **Aceita**

Habilitação: **Habilitada**



33.068.320/0001-32
CAD. ICMS:90808293-18
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRÇÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

Pinhais, 24 de julho de 2024.

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
COTIPORÃ - RS

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 357/2024

ABERTURA: 24/07/2024
HORÁRIO: 09:00

Prezados Senhores,

A empresa Asclépios, conforme dados informados abaixo, apresenta proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Dados Gerais da empresa:

Razão Social: Asclépios Equipamentos Hospitalares Ltda

CNPJ: 33.068.320/0001-32 - **I.E. nº** 90808293-18

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 2, Sala A, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83321-020

Telefone: (41) 3699-4237

e-mail: asclepioshospitalares@uol.com.br

Dados para assinatura de Atas e Contratos:

Sócia-Proprietária:

Patrícia Bach

CPF: 031.309.619-84 RG: 7.749.742-0/SESP-PR

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

AG nº 1622-5

AG 1630

C/C: 20.327-0

C/C: 3085-9

Banco Bradesco

AG 01205

C/C: 14344-8

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	3	UND	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA: TELA DE LCD COLORIDO PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. VARIOS MODELOS DE VISUALIZAÇÃO COM CURVA DE FHR E PARÂMETROS.MODELO DE MESA,DESIGN COMPACTO DE FÁCIL OPERAÇÃO. DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR. ENTRADAS, FONE DE OUVIDO UBS, CARREGADOR DE BATERIA E CONEXÃO DO TRANSDUTOR. O SINAL DO SOM FETAL PODE SER TRANSFERIDO PARA O COMPUTADOR E GRAVADO POR UM GRAVADOR DE SOM. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.	JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co., Ltd.-CHINA, REP. POP/ JPD-100E/ 80901110024	850,00	2.550,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: dois mil, quinhentos e cinquenta reais					TOTAL	2.550,00

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

Rua: Graça Aranha, 875, Barracão 2 sala A - Vargem Grande - Pinhais CEP 83.321-020



33.068.320/0001-32
CAD. ICMS:90808293-18
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

DECLARA, que:

- *cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;*
- *está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;*
- *cumprir os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;*
- *inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;*
- *não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;*
- *a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;*
- *não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;*
- *conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (seis) funcionários em minha empresa.*
- *empresa desobrigada da retenção de IR por estar enquadrada no art. 4 item XI da instrução normativa RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012 e alterações. Documento fiscal emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional.*

Patricia
Bach:03130961984

Assinado de forma digital por
Patricia Bach:03130961984
Dados: 2024.07.24 09:23:38 -03'00'

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07.626.776/0001-60	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.09.011-1
Nome do Dispositivo Médico	Doppler Fetal		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Monitor Fetal		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80901110024		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.012527/2020-80</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT CO,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C007182 - Endereço: D BUILDING, NO. 71, XINTIAN ROAD, FUYONG STREET, BAOAN - SHENZHEN - GUANGDONG 1		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	27/01/2020		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Dopler JPD-100E.pdf	0609590/23-5 - 15/06/2023 - 02:07
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU JPD-100B.pdf	0609590/23-5 - 15/06/2023 - 02:07

Modelo Produto Médico

JPD-100B

JPD-100E

Exportar para Excel


Exportar para PDF

Voltar



Cirúrgica São Felipe®
Produtos Para Saúde

Detector Fetal JPD 100E - Jumper Portátil e mesa



*Imagem meramente ilustrativa

Características

- Modelo JPD 100E
- Faixa de medição FHR 30 - 240 bpm
- Sensibilidade 09 a 12 semanas de gestação
- Display TFT Screen LCD Colorido
- Auto falante
- Transdutor 2,5 Mhz (Com opção 2 e 3 Mhz)
- Forma de exibição numérica e curva
- Transdutor plástico ABS
- Unidade principal plástico ABS
- Grau de proteção IPX4

- Saída para fone de ouvido, gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga
- Desligamento automático após 1 minuto sem detecção
- Controle de volume
- Fonte de alimentação: Bateria de lítium (sem efeito memória)
- Carregador bivolt automático integrado ao equipamento
- Dimensões 174mm x 101.9mm x 31,6mm
- USB
- Peso ± 250 5g

Opcional

- Fone de ouvido

- Estojo

Acompanha

- 01 Transdutor
- 01 Base de mesa

- 01 Manual de instruções

Certificados

- ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda IEC: 2012
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 2: 2017
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 6: 2011

- ABNT NBR IEC 60601-1 - 9: 2014
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 2 - 37: 2016
- Anvisa N° 80901110024

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
CERTIFICATE OF CONFORMITY**Solicitante**
Applicant

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda.
Nome Fantasia: Cirúrgica São Felipe
CNPJ 07.626.776/0001-60
Rua Graça Aranha, 875 - Barracão 2, Sala C - Vargem Grande - Pinhais/PR -
83321-020 - Brasil

Fabricante Legal
Legal Manufacturer

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan - Shenzhen - Guangdong -
China

**Fabricante
Contratado**

n.a.

Família de Produto
*Product's Family***Doppler Fetal**

Classe de proteção (IPX): IPX4

Classe de proteção (IEC): II

Grau de Proteção (IEC): B

Normas
Standards

NBR IEC 60601-1:2010+Em1:2016

NBR IEC 60601-1-2:2017

NBR IEC 60601-1-6:2011

NBR IEC 60601-1-9:2014

NBR IEC 60601-2-37:2016

Regulamento
Regulation

Equipamentos Elétricos sob Regime da Vigilância Sanitária
Portaria INMETRO 384 de 18 de dezembro de 2020
Modelo 5 - Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade

Data da Auditoria*Audit Date*

12/08/2023

Data do Aceite
da Proposta

29/06/2023

Nº Certificado
Certificate #

TNBR-30285

Emissão Inicial:
First Concession:

06/09/2023



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 06/09/2023

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 - 3º andar - Barueri - SP - Brasil - 06454-010

www.brtuv.com.br

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 3
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 3

Pg.: 1 de 3 - Rev.:00 - 06/09/2023



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
CERTIFICATE OF CONFORMITY**Nº Certificado** **TNBR-30285**
Certificate #**Informações Adicionais** *Additional Information*

Marca Comercial Trade Mark	Modelo (Código) Model (Code)	Descrição Técnica Technical Description	Código de Barras Bar Code
Jumper	JPD-100B	Doppler Fetal fornece funções avançadas de detecção e uma gama completa de sons dos batimentos cardíacos fetais. O produto é usado principalmente para detectar a taxa de batimentos cardíacos fetais e o som dos batimentos cardíacos fetais.	6951740500005
	9.6Vdc; 300 mAh		
	JPD-100E		
	5Vdc; 1180 mAh		

Identificação dos laboratórios e relatórios de ensaio:

- IEC 60601-1: 2005 + CORR. 1 (2006) + CORR. 2 (2007) + AM1 (2012) – Shenzhen Academy of Metrology and Quality Inspection - relatório WT179301036 de 06/07/2018;
- IEC 60601-1-2:2014 – Shenzhen Academy of Metrology and Quality Inspection - relatório WT178007988 de 15/04/2018;
- IEC 60601-2-37: 2007 + AMD1: 2015 – Delta Technology Service (Shenzhen) Co., Ltd. - relatório TR1904180301 de 10/11/2019;

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 3
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 3
Pg.: 2 de 3 - Rev.:00 – 06/09/2023

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-30285
Certificate #

Informações Adicionais Additional Information

Versão do manual do usuário:

- JPD-100B – revisão 1.5;
- JPD-100E – revisão 1.2;

Versão do projeto:

- QR-17-11-100B – revisão A/1;
- QR-17-11-100E – revisão A/1;

Acessórios e partes ensaiadas:

- Carregador GM-084100 (100 – 240 V, 50/60 Hz), Manual de instruções, sensor.

Software de controle:

- versão 1.1

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	06/09/2023	Emissão inicial

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

Este certificado se refere a um processo de transferência coberto pelo seguinte cenário:
Organismo Emissor: NCC (OCP 0034) / Certificado transferido nº NCC 19.06056



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 3
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 3
Pg.: 3 de 3 - Rev.:00 – 06/09/2023



33.068.320/0001-32

CAD. ICMS:90808293-18

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 357/2024

DECLARAÇÃO DE INTREGALIDADE DE CUSTOS

A empresa Asclépios Equipamentos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 33.068.320-0001-32, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 2, Sala A, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020, por intermédio de sua sócia a Sra. Patrícia Bach portadora da Carteira de Identidade nº 7.749.742-0/SESP-PR e CPF nº 031.309.619-84, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Pinhais, 24 de julho de 2024.

Patricia
Bach:03130961984

Assinado de forma digital por Patricia Bach:03130961984
Dados: 2024.07.23 16:57:25 -03'00'